



AB „Vilniaus metrologijos centras“
Dariaus ir Girėno g. 23, LT-02189, Vilnius, Lietuva
+370 5 233 3393

| | | |
|-----------|-------------------------|--|
| Vilnius | Dariaus ir Girėno g. 23 | vilnius@vmc.lt |
| Kaunas | E. Ožeškienės g. 25 | kaunas@vmc.lt |
| Klaipėda | Liepų g. 54 K4 | klaipeda@vmc.lt |
| Šiauliai | Baltupėnų g. 1 | siauliai@vmc.lt |
| Panevėžys | Janonio g. 3b | panevezys@vmc.lt |

LMI
LIETUVOS METROLOGIJOS
INSPEKCIJA

PATIKROS SERTIFIKATAS

Nr. VMC-2021-08987

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Data | 2021-04-07 | |
| Puslapių skaičius | 1 | |
| MP pavadinimas, tipas, Nr. | Dinamometrinis raktas | CONDOR 8122/3 Nr. 1908011160366 |
| Matavimo ribos, tikslumas | tipas II, klasė A, $\pm 4\%$, ribos (40 ÷ 200) Nm | |
| MP savininko pavadinimas, įmonės kodas arba adresas | 762554 | ĮRANKIAIAUTO.LT |
| Patikros metodo žymuo | BPM 8871101-105:2006 | |
| Naudotos etaloninės MP pavadinimas, tipas, Nr. | Etaloninė jėgos momento matavimo galvutė: 7728-20 Nr. 518340025 | |
| Patikros protokolo registracijos Nr., data | 51743-1-1 | 2021-04-07 |
| Matavimo priemonė patikrinta | AB "Vilniaus metrologijos centras" Vilniaus regiono laboratorija Geometrinių, mechaninių ir judesio parametrų matavimų skyrius | |
| Išvada | Tinkamas | |
| Patikros sertifikatas galioja iki | 2022-04-07 | |
| Metrologas | Inžinierius metrologas | Tautvydas Miliūnas |
| Laboratorijos vadovas | Vyresnysis inžinierius metrologas | Arūnas Brazinskas |